GIMA

PRODUSE MEDICALE PROFESIONALE

MANUAL DE UTILIZARE

Aceste instrumente sunt destinate utilizării de către practicienii medicali, care sunt special instruiți cu privire la modul de utilizare și întreținere a acestora. Utilizarea incorectă, întreținerea deficitară sau necorespunzătoare pot duce rapid la deteriorarea instrumentelor. Prima dată, și după fiecare utilizare, se recomandă curățarea, uscarea și sterilizarea instrumentelor. Instrumentele trebuie curățate întotdeauna înainte de sterilizare. Pentru curățarea automată, folosiți exclusiv echipamente de spălare cu detergenți aprobați și certificați. Pentru curățarea manuală, folosiți detergenți aprobați și certificați, perie și apă de la robinet. Urmați întotdeauna instrucțiunile cu privire la modul de utilizare a detergentului; curățați instrumentele atât deschise, cât și închise; clătiți timp de 3 minute și verificați ca apa să pătrundă și să iasă, de asemenea, din găurile tehnologice, de mai multe ori. Folosiți apă complet demineralizată în faza finală de clătire. Instrumentele care nu sunt uscate ar putea suferi deteriorare, din cauza coroziunii. Uscați întotdeauna instrumentele. După curățare, și înainte de sterilizare, se recomandă tratarea instrumentelor cu ulei sigur din punct de vedere fiziologic, mai ales vârfurile, conectorii, terminalele și toate piesele mobile. Asigurați-vă, de asemenea, că produsul nu intră în contact cu acizi sau cu alți dezinfectanți agresivi, care ar putea să-l corodeze. Metoda de sterilizare recomandată este cea cu aburi de autoclavă, temperatura ciclului să nu depășească 135°C (275°F), timp de maximum 15 minute, pentru a evita deteriorarea produsului. Procesul de sterilizare cu aburi trebuie să aibă loc în conformitate cu EN ISO 17664. În contextul validării procesului de sterilizare, verificați adecvarea măsurilor specific de uscare. Umiditatea din recipient poate cauza ruginirea instrumentelor. Deseori, uscarea deficitară sau insuficientă se datorează unei poziționări incorecte a sarcinii și utilizării unor tipuri nepotrivite de cârpe pentru uscare. Pentru sterilizarea cu aer, se recomandă un interval de temperatură cuprins între 180° și 200°C. Instrumentele pot fi dezinfectate, de asemenea, în mașină de spălat dezinfectantă, la o temperatură de până la 121°C. Nu există nicio recomandare cu privire la numărul maxim de cicluri de sterilizare; acest lucru depinde, în mare parte, de starea produsului. Instrumentele care prezintă semne de coroziune trebuie aruncate imediat. Efectuați întotdeauna o inspecție vizuală, căutând eventuale deteriorări sau semne de uzură: muchiile ascuțite trebuie să nu fie zimțate și să fie continue; verificați ca instrumentele cu piese lungi să nu prezinte distorsionări ale acestor piese; instrumentele care sunt partea a unui ansamblu mai mare trebuie verificate împreună cu celelalte componente ale ansamblului; verificați întotdeauna mișcarea de rotație a balamalelor, care nu trebuie să prezinte un joc excesiv; verificați întotdeauna ca sistemele de blocare să fie funcționale.

TERMENELE DE GARANȚIE ALE GIMA

Se aplică garanția B2B standard, de 12 luni, a GIMA.

AVERTISMENTE

Toate accidentele grave legate de dispozitivele medicale furnizate de către noi trebuie raportate producătorului și autorității competente a statului membru unde este localizat sediul Dvs. social.

Cartomed echipamente medicale și consumabile

Simboluri

Producătorul

Non steril

Atenție: citiți cu atenție instrucțiunile (avertismentele)

Consultați instrucțiunile de utilizare

Păstrați în locuri ferite de lumina soarelui

Păstrați în locuri răcoroase și uscate

REF Cod produs

LOT Număr lot

MD Dispozitiv medical

Dispozitivul medical este conform cu standardele industriei, și anume, cu Regulamentul (UE) 2017/745, cu excepția dispozitivelor medicale, care, în baza regulamentului menționat mai sus, își vor schimba clasa, necesitând astfel implicarea unui organism notificat, și este conform cu Directiva 93/42/EEC, până la data maximă de 26 mai 2024.

CartoMed echipamente medicale si consumabile

M26703-M-Rev.5.02.20

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan

Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine italiană şi engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT
MARCU ALINA BIANCA

Traducător și Interpret Autorizat
MARCU ALINA-BIANCA
Aut. M.J. Nr. 31329 / 2011
Limbile Engleză - Italiană

CartoMed
echipamente medicale si consumabile